


# THORLABS LDC220 雷射電流源


## ☆ 電流限流設定

1、將電流源電源開關打開



儀器電源開關

2、按【DISPLAY】區的【 $\wedge$ 】或【 $\vee$ 】按鈕，選擇【ILIM】。



按【 $\wedge$ 】，選擇【ILIM】

3、拿一支小的一字起子，旋轉【LIM I】，直到你要限制的電流大小。

